



Αρνητικός μάρτυρας  
ToRCH

### Σχετικά με αυτό το ένθετο συσκευασίας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτό το προϊόν ACCURUN.

Αυτό το ένθετο συσκευασίας αποτελείται από δύο σελίδες.

Η πρώτη σελίδα περιέχει το όνομα του προϊόντος και μία επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση.

Η δεύτερη σελίδα περιέχει ολόκληρο το κείμενο του ενθέτου συσκευασίας.

Εάν το ένθετο της συσκευασίας που βλέπετε ή εκτυπώνετε δεν περιέχει δύο σελίδες, ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@seracare.com](mailto:info@seracare.com). Τηλεφωνικά: οι πελάτες που βρίσκεστε στις Η.Π.Α. καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου 800.676.1881, οι πελάτες που βρίσκεστε σε άλλες χώρες καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου, με χρέωση του καλούμενου, 508.634.3359.

Θα σας αποσταλεί ένα έντυπο ένθετο, κατόπιν αιτήσεως.

0086

EC REP

MEDIMARK® Europe  
11, rue Émile Zola BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2 – France  
+ 33 (0) 4 76 86 43 22  
[info@medimark-europe.com](mailto:info@medimark-europe.com)



SeraCare Life Sciences, Inc. | 25 Birch Street, Milford, MA 01757 USA  
Αρ. τηλεφώνου: 001.508.244.6400 | [info@seracare.com](mailto:info@seracare.com)

Ιούνιος 2011 10025GR-15

### Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση του προϊόντος SeraCare



Επιβλαβές / ερεθιστικό

Αυτό το προϊόν περιέχει  
0,1% ProClin® 300.

R43 Μπορεί να προκαλέσει  
ευαισθητοποίηση σε επαφή με  
το δέρμα.

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το  
δέρμα.

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του  
πρέπει να διατεθεί με ασφαλή  
τρόπο.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.



Ανώτερο όριο  
θερμοκρασίας



Βιολογικοί κίνδυνοι

**CONTROL** –

Αρνητικό πρότυπο  
ελέγχου

**CONTROL** +

Θετικό πρότυπο  
ελέγχου



Περιορισμόι  
θερμοκρασίας



Ημερομηνία λήξης

**REF**

Αριθμός καταλόγου

**LOT**

Αριθμός Παρτίδας



“Προειδοποίηση, συμβουλευτείτε τα  
συνοδά έντυπα”

EC REP

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος  
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

**IVD**

In Vitro Διαγνωστικό  
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

**ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΩΝ.**

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ**

Οι μάρτυρες ACCURUN προορίζονται για την εκτίμηση της ακρίβειας των εργαστηριακών εξετάσεων και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την ανήγειρη τυχόν σφαλμάτων στις διαδικασίες εργαστηριακών εξετάσεων. Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN® 800 είναι διαμορφωμένος για χρήση με κιτ *in vitro* διαγνωστικών εξετάσεων για την ανήγειρη τυχόν αντισωμάτων IgG και IgM ενάντια στο *Toxoplasma gondii*, στον ίδιο της ερυθράς, στο μεγαλοκυτταρού, στον ίδιο απόλουτον. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε εξετάσεις δοτών αίματος ή πλάσματος.

Από την SeraCare Life Sciences διατίθενται έχωριστα θετικοί μάρτυρες για πολλούς από τους αναλύτες αυτούς. *Για in vitro διαγνωστική χρήση.*

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Η συγχρή εξετάστη ανεξάρτητων δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου παρέχεται στον αναλυτή ένα μέσο παρακολούθησης της απόδοσης των εργαστηριακών προσδιορισμών. Με τη συνήθη χρήση των μαρτύρων δινεται τη διανοτάτη στα εργαστήρια να παρακολουθούν τη διαλύμανση των εξετάσεων από ημέρα σημέρα, την απόδοση των κιτ εξετάσεων από παρτίδα και τη διαλύμανση μεταξύ χρηστών, ενώ παρέχεται επίσης ωθητικά στην αναγνώριση τυχόν αιμορφωμάτων στην εργαστηριακή σφράγισματος. Ένα καλό σχεδιασμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατό να παρέχει επιπλέον εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των πατολογεμάτων που λαμβάνονται για ανώγυρα δειγματα. Η χρήση μη αντιδραστηρικών δειγμάτων ως ανεξάρτητους μάρτυρες είναι δυνατό να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εργαστηριακή επάρκεια και τη διαλύμανση μεταξύ παρτίδων κιτ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαίσθησία του προσδιορισμού<sup>1</sup>.

**ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 έχει σχεδιαστεί για χρήση με *in vitro* διαδικασίες προσδιορισμού για αικοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των εξετάσεων. Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα μη αντιδραστικό για το HBSAg και για αντισώματα ενάντια στο *Toxoplasma gondii*, στον ίδιο της ερυθράς, στο μεγαλοκυτταρού, στον ίδιο απόλουτον, στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV. Οι μάρτυρες ACCURUN 800 έχουν απόδοσηes τημένες. Ο μάρτυρας αυτός είναι διαμορφωμένος για να προκαλεί αρνητική αντιδραστηρική σε εκείνους τους προσδιορισμούς κατασκευαστών που παρατίθενται στον πίνακα 1. Ειδικά επίπεδα αντιδραστηρικής θα ποικίλουν μεταξύ των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθερώσει διαδικασίες για την εφαρμογή ενός προγράμματος διασφάλισης ποιοτήτας καλ την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθερώσει το δύο του εύρους αποδεκτού τιμών για κάθε εξετάση. Για παρέξημα, το αποδεκτό εύρος τημών ενδέχεται να περιλαμβάνει όλες τις τιμές εντός 2 τυπικών αποκλίσεων της μέσης τημών 20 σημείων δεδομένων που λαμβάνονται σε 20 αναλύτες σε περίοδο 30 ημέρων<sup>3</sup>.

**ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

Αρ. κατ. A800-0004 1 φαιλίδιο, 1,0 ml ανά φαιλίδιο  
Οι μάρτυρες αυτός περιέχουν σταθεροποιητής (EDTA), παράγοντες ρύθμισης και 0,1% ProClin® (5-χρωμα-2-μεθυλ-4-ισοθειαζόν-3-όν & 2-μεθυλ-4-ισοθειαζόν-3-όν) ως συντηρητικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

**Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.**

**ΠΡΟΣΟΧΟΥ:** Χειρίζεστε τους μάρτυρες ACCURUN και όλα τα προϊόντα ανθρώπινου αίματος ως δυνατότατη μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων. Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα, μη αντιδραστικό για το HBSAg, καθώς και για αντισώματα ενάντια στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV. Οι μάρτυρες ACCURUN 800 έχουν απόδοσηes τημένες. Ο μάρτυρας αυτός είναι διαμορφωμένος για να προκαλεί αρνητική αντιδραστηρική σε εκείνους τους προσδιορισμούς κατασκευαστών που παρατίθενται στον πίνακα 1. Διατίθενται κατόπιν αιτημάτων επιπλέον δεδομένα για κιτ εξετάσεων αλλών κατασκευαστών. Ειδικά επίπεδα αντιδραστηρικής θα ποικίλουν μεταξύ των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθερώσει διαδικασίες για την εφαρμογή ενός προγράμματος διασφάλισης ποιοτήτας καλ την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να παρέχει ποιοτήτας καλ την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση.

**Προφυλάξεις ασφαλείας**

Ακολουθείτε τις συνιστώμενες γενικές προφυλάξεις των Κέντρων για τον έλεγχο των νόσων (CDC - Centers for Disease Control) για το χειρισμό των μαρτύρων ACCURUN και του ανθρώπινου αίματος<sup>2</sup>. Μην αναρρώφατε με πιπέτα με το στόμα, μην τρώτε και μην πίνετε σε χώρους όπου γίνεται χειρισμός δειγμάτων. Καθαρίστε τυχόν χρυσέα υγιά σκούπισης τα αμέσως με 0,5% ιόλαμψα υποχλωριώδους νατριού. Απορρύψτε όλα τα δείγματα, τους μάρτυρες και τα υγιά που χρησιμοποιήθηκαν στην εξέταση από τον FDA.

**Προφυλάξεις χειρισμού**

Μη χρησιμοποιείτε τους μάρτυρες ACCURUN μετά την ημερομηνία λήξης. Αποφύγετε τη μικροβιακή μόλυνση των μαρτύρων κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των φαιλιδίων.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ**

Φυλάσσατε τον αρνητικό μάρτυρα ToRCH ACCURUN 800 στους 2-8 °C. Μόλις ανοιχτεί, επιστρέψτε το μάρτυρα στη συντήρηση του ψυγείου αμέσως μετά τη χρήση και απορρίψτε τον μετά από 60 ημέρες. Μετά το άνοιγμα, καταγράψτε την ημερομηνία ανοίγματος και την ημερομηνία λήξης στο φαιλίδιο. Δε συντίνωτε πολλαπλά κύκλους καταύμηξης-απόψυξης δύο διαδικασίες για να εξασφαλίσετε την έναστρηση των επιστρέψατε στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Για να αποτραπεί τυχόν διαρροή, φυλάσσατε τα φαιλίδια σε όρθια θέση.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ**

Τυχόν μεταβολές της φυσικής εμφάνισης ενδέχεται να υποδηλώνουν αστάθεια ή αλλοίωση των μαρτύρων ACCURUN. Διαλύματα που είναι εμφανώς θωλά θα πρέπει να απορρίπτονται.

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

**Παρεχόμενα υλικά**

Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα μη αντιδραστικό για το HBSAg, καθώς και για αντισώματα ενάντια στο *Toxoplasma gondii*, στον ίδιο της ερυθράς, στο μεγαλοκυτταρού, στον ίδιο απόλουτον, στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV.

**ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ**

Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων που θα

**Οδηγίες χρήσης**

Αφήστε τους μάρτυρες να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση και κατόπιν επιστρέψτε τους στη συντήρηση του ψυγείου αμέσως μετά τη χρήση. Αναμείτε το περιεχόμενο των φαιλιδίων περιστρέφοντάς τα απαλά. Οι μάρτυρες ACCURUN θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε εκτέλεση ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία που παρέχεται από τους κατασκευαστή την ίδια σειρά. Οι μάρτυρες ACCURUN ΔΕΝ πρέπει να αντικαθιστούν τα αντιδραστήρια θετικού και αρνητικού μάρτυρα που παρέχονται με κατασκευασμένη κιτ εξετάσεων.

**Ποιοτικός έλεγχος**

Επειδή οι μάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιμές, συνιστάται κάθε εργαστήριο να επικυρώσει τη χρήση παρτίδας μάρτυρα ACCURUN με κάθε ειδικό σύστημα προσδιορισμού πριν από τη συνήθη χρήση του στο εργαστήριο.

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Τα επίτειδα αντιδραστηρικήτης του αρνητικού μάρτυρα ToRCH ACCURUN 800 ενδέχεται να πουκίουν ανάλογα με τις εξετάσεις διαφορετικών κατασκευαστών και τις διαφορετικές παρτίδες κιτ εξετάσεων. Επειδή ο μάρτυρας δεν έχει αποδοθείσα τιμή, το εργαστήριο πρέπει να καθερώσει ένα εύρος τιμών για κάθε παρτίδα του αρνητικού μάρτυρα ToRCH ACCURUN 800. Εάν τα αποτελέσματα για τον αρνητικό μάρτυρα ToRCH ACCURUN 800 είναι εκτός του καθερωμένου αποδεκτού εύρους τιμών, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ενδεληπή μη ικανοποιητικής απόδοσης της εξετάσης. Πιθανές αιτίες ασυμφυνίας περιλαμβάνουν: αλλοίωση των αντιδραστηριών του κιτ εξετάσης, σφάλμα του χειριστή, ελλαττωματική απόδοση του εξοπλισμού ή μόλυνση των αντιδραστηριών.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ACCURUN ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΩΝ.

Πρέπει να ακολουθούνται ποτά από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων. Τυχόν αποκλίσεις από διαδικασίες που συνιστώνται από τους κατασκευαστές κιτ εξετάσεων. Τυχόν αποκλίσεις από παρτίδες και διαφορετικές προσδιορισμούς. Οι μάρτυρες ACCURUN 800 είναι εκτός του καθερωμένου αποδεκτού εύρους τιμών, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ενδεληπή μη ικανοποιητικής απόδοσης της εξετάσης. Πιθανές αιτίες ασυμφυνίας περιλαμβάνουν: αλλοίωση των αντιδραστηριών του κιτ εξετάσης, σφάλμα του χειριστή ή πλάσμα της εργαστηριακής προσωπικότητας.

**ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣ ΤΙΜΕΣ. Ο μάρτυρας αυτός είναι διαμορφωμένος για να προκαλεί αντιδραστηριότητα σε εκείνους τους προσδιορισμούς της απόδοσης της αντιδραστηριότητας που παρατίθενται στον πίνακα 1. Ειδικά επίπεδα αντιδραστηριότητας θα πουκίλουν μεταξύ των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθερώσει διαδικασίες για την εφαρμογή ενός προγράμματος διασφάλισης ποιοτήτας καλ την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να αποδεκτό εύρος τιμών 20 σημείων δεδομένων που λαμβάνονται σε 20 αναλύτες σε περίοδο 30 ημέρων<sup>3</sup>.

**ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ**

Οι μάρτυρες ACCURUN έχουν αγχοδαίστη για χρήση με *in vitro* διαδικασίες προσδιορισμού για αικοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των εξετάσεων. Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα μη αντιδραστικό για το HBSAg, καθώς και για αντισώματα ενάντια στο *Toxoplasma gondii*, στον ίδιο της ερυθράς, στο μεγαλοκυτταρού, στον ίδιο απόλουτον, στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV. Οι μάρτυρες ACCURUN 800 δεν έχουν απόδοσηes τημένες. Ο αρνητικός μάρτυρας είναι διαμορφωμένος για να προκαλεί αρνητική αντιδραστηριότητα σε εκείνους τους προσδιορισμούς κατασκευαστών που παρατίθενται στον πίνακα 1. Διατίθενται κατόπιν αιτημάτων επιπλέον δεδομένα για κιτ εξετάσεων αλλών κατασκευαστών. Ειδικά επίπεδα αντιδραστηριότητας θα ποικίλουν μεταξύ των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθερώσει διαδικασίες για την εφαρμογή ενός προγράμματος διασφάλισης ποιοτήτας καλ την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να αποδέκτηε εύρος τιμών 20 σημείων δεδομένων που λαμβάνονται σε 20 αναλύτες σε περίοδο 30 ημέρων<sup>3</sup>.

**Πίνακας 1. Ο αρνητικός μάρτυρας ToRCH ACCURUN 800 είναι μη αντιδραστικός στις ακολούθες εξετάσεις κατασκευαστών.**

Αναλύτης	Κατασκευαστής	Όνομα προϊόντος
Toxoplasma IgG	Abbott Laboratories North Chicago, IL 60064	AxSYM® Toxo IgG
Toxoplasma IgM	Abbott Laboratories North Chicago, IL 60064	AxSYM® Toxo IgM
Rubella IgG	Abbott Laboratories North Chicago, IL 60064	AxSYM® Rubella IgG
Rubella IgM	Abbott Laboratories North Chicago, IL 60064	AxSYM® Rubella IgM
CMV IgG	Abbott Laboratories North Chicago, IL 60064	AxSYM® CMV IgG
CMV IgM	Trinity Biotech Jamestown, NY 14701	CAPITI™ CMV IgM
HSV IgG	Wampole Laboratories Cranberry, NJ 08512	HSV 1 + 2 IgG EIA
HSV IgM	Zeus Scientific Raritan, NJ 08869	HSV 1 + 2 IgM EIA

Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της SeraCare στον αριθμό τηλεφώνου 001.508.244.6400.

