



Ο θετικός μάρτυρας IgG για το πυρηνικό αντιγόνο της ηπατίτιδας B

### Σχετικά με αυτό το ένθετο συσκευασίας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτό το προϊόν ACCURUN.

Αυτό το ένθετο συσκευασίας αποτελείται από δύο σελίδες.

Η πρώτη σελίδα περιέχει το όνομα του προϊόντος και μία επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση.

Η δεύτερη σελίδα περιέχει ολόκληρο το κείμενο του ενθέτου συσκευασίας.

Εάν το ένθετο της συσκευασίας που βλέπετε ή εκτυπώνετε δεν περιέχει δύο σελίδες, ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@seracare.com](mailto:info@seracare.com). Τηλεφωνικά: οι πελάτες που βρίσκεστε στις Η.Π.Α. καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου 800.676.1881, οι πελάτες που βρίσκεστε σε άλλες χώρες καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου, με χρέωση του καλούμενου, 508.634.3359.

Θα σας αποσταλεί ένα έντυπο ένθετο, κατόπιν αιτήσεως.



MEDIMARK® Europe  
11, rue Émile Zola BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2 – France  
+ 33 (0) 4 76 86 43 22  
[info@medimark-europe.com](mailto:info@medimark-europe.com)



SeraCare Life Sciences, Inc. | 25 Birch Street, Milford, MA 01757 USA  
Αρ. τηλεφώνου: 001.508.244.6400 | [info@seracare.com](mailto:info@seracare.com)

Ιούνιος 2011 10033GR-09

### Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση του προϊόντος SeraCare



Επιβλαβές / ερεθιστικό

Αυτό το προϊόν περιέχει 0,1% ProClin® 300.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.



Ανώτερο όριο θερμοκρασίας



Βιολογικοί κίνδυνοι



CONTROL –  
Αρνητικό πρότυπο ελέγχου



CONTROL +  
Θετικό πρότυπο ελέγχου



Περιορισμός θερμοκρασίας



Ημερομηνία λήξης



REF  
Αριθμός καταλόγου



LOT  
Αριθμός Παρτίδας



“Προειδοποίηση, συμβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα”



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα



In Vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Ο θετικός μάρτυρας IgG για το πυρηνικό αντιγόνο της ηπατίτιδας B

**GR**

**ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ  
ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ  
ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.**

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ**

Οι μάρτυρες ACCURUN προορίζονται για τον υπολογισμό της ακρίβειας των εργαστηριακών εξετάσεων και είναι δύνατον να χρησιμοποιηθούν για την ανήνευση τυχόν αφαλμάτων στις διαδικασίες εργαστηριακών εξετάσεων. Ο θετικός μάρτυρας IgG για το πυρηνικό αντιγόνο της ηπατίτιδας B (Hbc IgG) ACCURUN® 115 είναι διαιροφωμένος για χρήση με κιτ *in vitro* διαγνωστικών εξετάσεων για την ποιοτική ανήνευση αντικειμάτων IgG στο πυρηνικό αντιγόνο της ηπατίτιδας B. Από την SeraCare Life Sciences διατίθεται έχωριστα ένας θετικός μάρτυρας για το Hbc IgM και ένας αρνητικός μάρτυρας για το Hbc IgG και το Hbc IgM. Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Η συγκή εξέταση ανεξηπτών δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου παρέχει στον αναλυτή ένα μέσο παρακολούθησης της απόδοσης των εργαστηριακών προσδιορισμών. Με τη συνήθη χρήση των μαρτύρων δίνεται η δυνατότητα στην εργαστήρια να παρακολουθούν τη διακύμανση των εξετάσεων από την ίμερα σε μηρέα, την απόδοση των κιτ εξετάσεων από παρτίδα σε παρτίδα και τη διακύμανση των εξετάσεων από την ίμερα σε μηρέα, την απόδοση των κιτ εξετάσεων από παρτίδα σε παρτίδα και τη διακύμανση μεταξύ χειριστών, ενώ παρέχεται επίσης βοήθεια στην αναγνώριση τυχόν ανεξήσουν τυχών ή συστατικού οισόλαμπτος. Ένα καλό σχεδιασμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου είναι δύνατον να παρέχει επιπλέον εμπιστοσύνη στην αξιόπιστητη των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται για άγνωστα δείγματα. Η χρήση δειγμάτων χαρμήςς ή αντιδραστικότητας που ανεξάρτητους μάρτυρες ενδέχεται να παρέχει πολύτιμες, πληροφορίες σχετικά με την εργαστηριακή επάρκεια και τη διακύμανση μεταξύ παρτίδων κιτ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαίσθηση του προσδιορισμού<sup>1</sup>.

**ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Ο θετικός μάρτυρας IgG για το Hbc ACCURUN 115 έχει σχεδιαστεί για χρήση με *in vitro* διαδικασίες προσδιορισμού για σκοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των εξετάσεων. Ο θετικός μάρτυρας IgG για το Hbc ACCURUN 115 παρασκεύασται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα που είναι αντιδραστικό για το HbsAg και για αντισώματα στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV. Οι μάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιμές. Ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας που ποικιλλούνται μεταξύ παρασκευών προσδιορισμών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών αριθμών παρτίδων και διαφορετικών εργαστηρίων.

**ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΙΑ**

Αρ. κατ. A115-5001 1 φιαλίδιο, 5,0 ml ανά φιαλίδιο

Ο μάρτυρας αυτός το περιέχει σταθεροποιητές (EDTA, ρυθμιστικούς παράγοντες) και 0,1% ProClin® (5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζόλιν-3-όνη) ως συντηρητικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

**Για *In vitro* διαγνωστική χρήση**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειρίζεστε τους μάρτυρες ACCURUN και όλα τα προϊόντα ανθρώπου αίματος ως δυνητικά μεταδόσια πολυσματικών παραγόντων. Ο θετικός μάρτυρας IgG για το Hbc ACCURUN 115 παρασκεύασται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα, μη αντιδραστικό για το HbsAg και αντισώματα στον HIV 1 και 2, HTLV, καθώς και στον HCV με τρέχουσες εξετάσεις που απαιτούνται από τον FDA.

**Προφυλάξεις ασφαλείας**

Ακολουθείτε τις συντισμένες γενικές προφυλάξεις των Κέντρων για τον έλεγχο των νόσων (CDC - Center for Disease Control) για το χειρισμό των μαρτύρων ACCURUN και του ανθρώπινου αίματος<sup>2</sup>. Μην αναρρώσετε με πιπέτα με το στόμα, μην τρώτε και μην πίνετε σε χρόνος όπου γίνεται χειρισμός δειγμάτων. Καθαρίστε τυχόν χύμανα υλικά σκουπίζοντάς τα αμέσως με 0,5% διάλυμα υποχλωράδουν νετριών. Απορρίψτε όλα τα δείγματα, τους μάρτυρες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην εξέταση ως ένα περιείχων μολυσματικούς πάραγοντες.

**Προφυλάξεις χειρισμού**

Μη χρησιμοποιείτε τους μάρτυρες ACCURUN μετά την ημερομηνία λήξης. Αποφύγετε τη μικροβιακή μόλυνση των μαρτύρων κατό το άνοιγμα και το κλείσιμο των φιαλιδίων.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ**

Φυλάσσετε το θετικό μάρτυρα IgG για το Hbc ACCURUN 115 στους 2-8 °C. Μόλις ανοιχτεί, ο θετικός μάρτυρας IgG για το Hbc ACCURUN 115 θα πρέπει να φυλάσσεται στους 2-8 °C και να απορρίπτεται μετά από 60 ημέρες. Μετά το άνοιγμα, καταγράψτε την ημερομηνία ανοίγματος και την ημερομηνία λήξης στη φιαλίδιο. Δε συνιστώνται πολλαπλά κύκλοι κατώματης-απομόνωσης διότι ενδέχεται να έχουν μεταβλητές ανεπιθύμητες επιδράσεις στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Για να αποτραπεί τυχόν διαρροή, φυλάσσετε τα φιαλίδια σε όρθια θέση.

**ΕΝΑΕΙΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ**

Τυχόν μεταβολές της φυσικής εμφάνισης ενδέχεται να υποδηλώνουν αστάθεια ή αλλοίωση των μαρτύρων ACCURUN. Διαλύματα που είναι εμφανώς θολώθα διέπειν να παρέχονται.

**ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑ**

**Παρεχόμενα υλικά**

Ο θετικός μάρτυρας IgG για το Hbc ACCURUN 115 παρασκεύασται από ανθρώπινο ορό ή πλάσμα που είναι αντιδραστικό για το αντι-Hbc και μη αντιδραστικό για το HbsAg και για αντισώματα στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV. Δείτε την ενότητα ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ για μια λίστα των μεγεθών συσκευασίας.

**Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται**

Ανταρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων που θα χρησιμοποιηθούν.

**Οδηγίες χρήσης**

Αφήστε τους μάρτυρες να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση και κατόπιν επιστρέψτε τους στη σημετρίαση του ψυγείου για φιλάδεια αμέων μετά τη χρήση. Αναμείτε το περιεχόμενο των φιαλίδιων αναστρέφοντας τα απαλά. Οι μάρτυρες ACCURUN θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε εκτέλεση αικούσθιντας ακριβής την ίδια διαδικασία που παρέχεται από τον κατασκευαστή για άγνωστα δείγματα. Οι μάρτυρες ACCURUN ΔΕΝ πρέπει να αντικαθιστούν τα αντιδραστήρια.

**Ποιοτικός έλεγχος**

Επειδή οι μάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιμές, συνιστάται κάθε εργαστήριο να επικυρώσει τη χρήση κάθε παρτίδας μάρτυρα ACCURUN με κάθε ειδικό σύστημα προσδιορισμού πριν από τη συνήθη χρήση του στο εργαστήριο.

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Τα επίμεδα αντιδραστικότητας του θετικού μάρτυρα IgG για το Hbc ACCURUN 115 ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις εξετάσεις διαφορετικών κατασκευαστών και τις διαφορετικές παρτίδες κιτ εξετάσεων. Επειδή ο μάρτυρας δεν έχει αποδοθείσα τιμή, το εργαστήριο πρέπει να καθειρώσει ένα εύρος τιμών για κάθε παρτίδα του θετικού μάρτυρα IgG για το Hbc ACCURUN 115. Εάν τα αποτελέσματα για τον θετικό μάρτυρα IgG για το Hbc ACCURUN 115 είναι εκτός του καθειρωμένου αποδεκτού εύρους τιμών, αυτό ενδέχεται να αποτελέσει ένδειξη μη ικανοποιητικής απόδοσης της εξετάσης. Πιθανές αιτίες ασυμμορίας περιλαμβάνουν: αλλοίωση των αποτελεσμάτων της εξετάσης, σφάλμα του χειριστή, ελαττωματική απόδοση του εξοπλισμού ή μόλυνση των αντιδραστηρίων.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑΣ**

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ACCURUN ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Πρέπει να ακολουθούνται οι ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ που παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων. Τυχόν αποκλίσεις από διαδικασίες που συνιστάνται από τους κατασκευαστές κιτ εξετάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν μη αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι μάρτυρες ACCURUN δεν είναι βαθμονομητές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για βαθμονόμηση προσδιορισμών. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τον θετικό μάρτυρα IgG για το Hbc ACCURUN 115 έχουν καθειρωθεί μόνο για την IgG για το Hbc. Δυσμενείς συνθήκες αποστολής ή/και φύλαξης ή χρήση μάρτυρων, η ημερομηνία λήξης των οποίων έχει παρέλθει, ενδέχεται να προκαλέσουν εσαφαλέσματα.

**ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

Ο θετικός μάρτυρας IgG για το Hbc ACCURUN 115 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ. Ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας θα ποικίλουν πρασδιορισμών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών αριθμών παρτίδων και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε επιμέρους ποιότητας και για την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθειρώσει το δικό του εύρος αποδεκτών τιμών για κάθε αναλυτή. Για πρόδειγμα, το αποδεκτό εύρος των ενδέχεται να περιλαμβάνει όλες τις τιμές εντός 2 τυπικών αποκλίσεων της μέσης τιμής 20 σημείων δεδομένων που λαμβάνονται σε 20 αναλύσεις σε περίοδο 30 ημερών.<sup>3</sup>

**ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Οι μάρτυρες ACCURUN έχουν σχεδιαστεί για χρήση με *in vitro* διαδικασίες προσδιορισμού για σκοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των πρασδιορισμών. Ο θετικός μάρτυρας IgG για το αντι-Hbc και μη αντιδραστικό στο αντι-Hbc και για αντισώματα στον HIV 1 και 2, HTLV και HCV. Οι μάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιμές. Ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας θα ποικίλουν μεταξύ πρασδιορισμών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών αριθμών παρτίδων και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε επιμέρους εργαστήριο πρέπει να καθειρώσει διαδικασίες για την εφαρμογή ενός προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και για την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε τακτική βάση.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ**

- Green IV GA, Carey RN, Westgard JO, Carten T, Shablesky LA, Achord D, Page E, και Le AV. Quality control for qualitative assays: quantitative QC procedure designed to assure analytical quality required for an ELISA for hepatitis B surface antigen. Clin. Chem. 43:9 1618-1621, 1997.

- CDC recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings. MMWR 36 (supp. 2), 1987.

- Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline-Second Edition. NCCLS document C24-A2, 1999.

**Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της SeraCare στον αριθμό τηλεφώνου 001.508.244.6400.**

**Ιουνίου 2011 10033GR-09 | www.seracare.com**